

ART.-NR 07237

ART.-NR 07515


**EPIDYN®**  
SPORLASTIC®

**EPIDYN AKTIV®**  
SPORLASTIC®

Ellbogenbandage mit genoppten Silikonpelotten zur Kompression und Friktion

Elbow bandage. Focused compression and friction from knopped silicone friction pressure pads

Bandage pour le coude. Compression ciblée et friction grâce à des pelotes de friction en silicone à noppes

Vendaje para el codo. Compresión precisa y fricción gracias a los acolchados de silicona con protuberancias en forma de botones

Bendaggio per il gomito. Compressione mirata e attrito tramite cuscinetti del cinto a tacche d'attrito di silicone

Elleboogbandage. Doelgerichte compressie en frictie door genoppeerde siliconenfrictionpelotten

Opaska łokciowa z pobudzającymi silikonowymi pelotami z grudkami

Ellbogenbandage wie Epidyn, zusätzlich mit zirkulärem Band zur lokalen Zugentlastung

Elbow Bandage - like Epidyn, but with an additional circular band for local strain relief

Bandage comme Epidyn, avec en plus une bande circulaire pour la décompression locale

Vendaje para codos como Epidyn, adicionalmente con cinta circular para una descarga local de tracción

Benda per gomito come Epidyn, in aggiunta con fascia circolare per l'azione locale antistrappo

Elleboogbandage is vergelijkbaar met Epidyn, tevens met circulaire band voor de trekontlasting

Opaska elastyczna podobna do modelu Epidyn, wyposażona dodatkowo w opaskę okrągłą do miejscowego zmniejszenia naciągu

## GEBRAUCHSANWEISUNG D

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegende Fachgeschäft oder direkt an uns.

### FUNKTION

EPIDYN® und EPIDYN AKTIV® dienen der Entlastung und Komprimitierung des Ellbogengelenks. Die eingearbeiteten Frictionspelotten mit zur Haut hin genoppter Oberfläche bewirken eine günstige Beeinflussung der schmerzhaften Insertionstendopathien, Kapselreizzungen und Epicondylopathien, die bei Arthrose häufig sind. Die verbesserte Durchblutung beschleunigt die Resorption von Ergüssen. Das zirkuläre Band von EPIDYN AKTIV® verstärkt die lokale Zugentlastung des entzündlich veränderten Sehnengewebes am Epicondylus und beschleunigt den Heilungsprozess.

### INDIKATIONEN

- Epicondylitis
- Tendomyopathie
- Ellbogengelenkarthrose
- Begleitende Epicondylopathie bei Arthrose
- Bandinsuffizienzen
- Ellbogendistorsion
- Reizzustände nach Operationen, Frakturen
- Rheumatische Gelenkerkrankungen

### KONTRAINDIKATIONEN

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen:

- Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
- Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
- Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Haptik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden.)

### NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

Druckschädigungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend sicher vermieden werden.

### ANLEGEN

- EPIDYN® und EPIDYN AKTIV® sind links und rechts tragbar.
- Bei EPIDYN AKTIV® öffnen Sie das zirkuläre Band.
- Ziehen Sie die Bandage über Ihren Ellbogen. Der orangefarbene Streifen muss am Oberarm liegen, die Naht an der Außenseite des Ellbogens.
- Positionieren Sie die ringförmigen Aussparungen der Silikonprofilenlagen so, dass diese auf den beiden seitlichen Gelenkvorprüngen (Epicondylus lateralis und medialis) zu liegen kommen.
- Bei EPIDYN AKTIV® fixieren Sie das Band zirkular unterhalb des Ellbogens. Führen Sie das Band dabei zuerst von innen über die Oberseite des Arms.
- Dosieren und variieren Sie die Druckintensität des Bandes individuell nach Ihren Bedürfnissen.

### WICHTIGE HINWEISE:

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus. Bitte schließen Sie die Klettverschlüsse bei Rücksendungen ordnungsgemäß.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotions getragen werden.

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoff-Sammelsystem zu.

### QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft oder direkt mit uns in Verbindung zu setzen.

Für unsere Produkte gewähren wir Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

### PFLEGE

Wir empfehlen, EPIDYN® und EPIDYN AKTIV® schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen.

**TIPP:** Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgesticks wird durch Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Bandage häufiger zu waschen.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

67% Polyamid, 33% Lycra

## INSTRUCTIONS FOR USE GB

Dear Customer,  
we would like to ask you to follow these Instructions for Use with care. If you should have any queries, ask the doctor treating you, at your nearest stockist or contact us directly.

### FUNCTION

EPIDYN® and EPIDYN AKTIV® relieve and compress the elbow joint. The integrated friction pressure pad with its knopped surface towards the skin has a positive effect on painful insertion tendopathy, capsular irritation and epicondylopathy, which are common in arthrosis. The improved circulation speeds up the absorption of effusions. The circular EPIDYN AKTIV® band provides better local strain relief for inflamed tendons of the epicondyle and accelerates the healing process.

### INDICATIONS

- Epicondylitis
- Tendomyopathy
- Arthrosis of the elbow joint
- Ligament insufficiency
- Concomitant epicondylopathy with arthrosis
- Elbow distortion
- Irritations following operations, fractures, rheumatic elbow effusions

### CONTRA-INDICATIONS

Generally speaking you should see the doctor treating you about the indication and method of wearing an orthopaedic aid and if you have the following conditions:

- Allergic, inflammatory or lesion-specific skin alterations (e.g. swelling, reddening) of the body areas being treated.
- Impaired circulation or lymphatic soft tissue swelling.
- Neurogenically-specific organolectic and skin trophic disorders in the body area being treated (sensory disorders with and without skin damage).

So far not consequential incompatibilities or allergic reactions have been reported.

### SIDE-EFFECTS

With proper use and proper fitting, so far there have been no reports of serious general side-effects.

Local pressure symptoms and impaired circulation can be prevented with sufficient certainty on an individual basis if allowance is made for any contraindications and with non-restricting consistently shaped body fitting.

### FITTING

EPIDYN® and EPIDYN AKTIV® can be worn on either the left or right elbow.

For EPIDYN AKTIV®, open the circular band.

Pull the bandage over your elbow. The orange stripe should be located against your upper arm, the seam on the outside of the elbow.

Position the ring-shaped depressions of the silicon insert so that they rest against both sides of the exposed joint (lateral and medial epicondyle).

For EPIDYN AKTIV®, attach the band in a circular fashion under the elbow. First pull the band from the inside over the upper arm.

Adjust the band pressure depending on your needs.

### IMPORTANT

The product is to be used by one patient only.

Improper modifications to the product and/or improper use of the product referred to above exempt the manufacturer from product liability.

You ought to discuss potential reciprocal health risks or other disadvantages with specific treatments that may arise in connection with the use of the product with the doctor treating you.

For the product to work effectively over a long period, it must not be worn in conjunction with fatty or acidic remedies, ointments or lotions.

### QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

All SPORLASTIC GmbH products undergo product testing as part of our Quality Management System.

However, should you have any complaints about our product, please get in touch with your stockist or directly with us.

### CARE

We recommend that EPIDYN® and EPIDYN AKTIV® be washed gently in lukewarm water with detergent for delicate items and that it then be air dried (do not dry on a heater).

**TIP:** Slackening tension of the knitted fabric while it is being worn is revived by washing. The bandage should therefore be washed frequently.

### MATERIALCOMPOSITION

67% Polyamide, 33% Lycra

## MODE D'EMPLOI F

Chère cliente, cher client,  
Nous vous prions de respecter minutieusement les instructions consignées dans le mode d'emploi ci-joint.

Si des questions se posent, veuillez vous adresser à votre médecin traitant, à votre magasin spécialisé le plus proche ou directement à nous.

### FONCTION

EPIDYN® and EPIDYN AKTIV® servent à soulager et à comprimer l'articulation du coude. La pelote de friction intégrée munie d'une surface à noppes placées en direction de la peau a une influence positive sur les tendopathies d'insertion douloureuses, les excitations de la capsule et les épicondylopathies qui sont fréquentes en présence d'arthrose. La circulation ainsi améliorée accélérera la résorption d'épanchements. Le bandage circulaire EPIDYN AKTIV® renforce la décompression en allongeant localement le tendon modifié par l'inflammation de l'épicondyle et accélère le processus de guérison.

### INDICATIONS

- Epicondylite
- Tendomyopathie
- Arthrose de l'articulation du coude
- Insuffisances des tendons

– Épicondylopathie accompagnatrice d'une arthrose

– Distorsion du coude

– État d'irritation après opérations, fractures, épanchements rhumatismaux du coude

### CONTRA-INDICATIONS

Il faut toujours consulter le médecin traitant en ce qui concerne l'indication et le mode d'application d'un auxiliaire orthopédique ainsi que l'existence de maux subséquents en particulier:

– Modifications allergiques, inflammatoires ou dues à une blessure de la peau (par ex. enflures, rougeurs) dans les zones du corps à traiter.

– Troubles de la circulation ou gonflements des parties molles lymphatiques.

– Troubles neurogènes du système sensitif et trophique de la peau dans la zone du corps à traiter (troubles de la sensibilité avec et sans détériorations de la peau).

Jusqu'à ce jour, aucune incompatibilité notable ni réaction allergique ne sont connues.

### EFFECTS SECONDAIRES

Pour un emploi conforme et une pose correcte, aucun effet secondaire général grave n'est connu jusqu'à ce jour.

Les apparitions locales de pression et les troubles de la circulation peuvent être évités individuellement si l'on tient compte d'éventuelles contreindications et d'un positionnement sur le corps sans contrainte et adapté aux formes du corps.

### POSE

– EPIDYN® et EPIDYN AKTIV® se portent à droite et à gauche.

– Ouvrez le bandage circulaire d'EPIDYN AKTIV®.

– Faites glisser le bandage sur le coude. La bande orange doit se trouver sur le bras supérieur et la couture à l'extérieur du coude.

– Positionnez les évidements annulaires des coussinets profilés en silicone de façon à ce qu'ils reposent sur les apophyses de l'articulation (épicondyle latéral et médial).

– Fixez le bandage d'EPIDYN-AKTIV® en enveloppant le bras en-dessous du coude. Pour cela, appliquez toujours le bandage tout d'abord à l'intérieur et passez-le par-dessus le bras.

– Dosez et variez individuellement l'intensité de la pression sur le bandage, selon vos besoins.

### INDICATIONS IMPORTANTES

Le produit est conçu pour un emploi unique sur les patients.

Toute modification non conforme sur le produit et/ou tout emploi non conforme au produit présenté plus haut exclut toute responsabilité produit du fabricant.

D'éventuels risques réciproques pour la santé ou d'autres inconvenients lors de certains traitements qui peuvent avoir lieu en rapport avec l'emploi du produit, doivent être mis au clair par le médecin traitant.

Afin de garantir au produit une longue durée de vie et un bon fonctionnement, il ne faut pas l'utiliser en liaison avec des produits contenant des graisses et des acides, avec des pomades ou des lotions.

### SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Tous les produits de la société SPORLASTIC GmbH sont soumis au contrôle produit au sein de notre Système de Gestion de la Qualité.

Si vous aviez néanmoins quelques réclamations concernant notre produit, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement à nous.

### ENTRETIEN

- Irritaciones en estados postoperatorios, fracturas, fluidos humorales reumáticos en el codo

#### CONTRAINDICACIONES

En general las indicaciones y modo de empleo de los medios auxiliares ortopédicos así como, en particular, siempre que se den casos de padecimientos ulteriores, deben consultarse con el médico:

- Modificaciones de la piel por causa de alergias, hinchazones o heridas (por ejemplo, tumefacciones e inflamaciones) de la zona del codo a tratar.
- Hinchazones de tejidos blandos linfáticos o que afecten a la irrigación sanguínea.
- Perturbaciones relacionadas al sistema nervioso del sistema sensorial y dermatológico de la zona del codo a tratar (per perturbaciones de la sensibilidad con o sin daños dérmicos).

Hasta hoy no se conocen intolerancias perjudiciales o reacciones alérgicas.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS

Con un uso adecuado y una colocación correcta no se conocen hasta hoy efectos secundarios generales graves.

Ciertamente pueden evitarse suficientemente los fenómenos de presión locales y las reducciones de la circulación sanguínea si se observan en cada caso las correspondientes contraindicaciones y no se adoptan posturas compresoras y forzadas.

#### COLOCACIÓN

- EPIDYN® y EPIDYN AKTIV® pueden ser llevados a la izquierda y a la derecha.
- En EPIDYN AKTIV® abra la cinta circular.
- Estire el vendaje sobre su codo. La tira coloreada de naranja debe quedar en el brazo, la costura en el lado exterior del codo.
- Posicione la entalladura de forma anular de los insertos perfilados de silicona de manera tal que estos apoyen sobre ambas protuberancias laterales de la articulación (epicóndilo lateral y medio).
- En EPIDYN AKTIV® fije la cinta circularmente por debajo del codo. En este caso guie la cinta primero desde el interior sobre el lado superior del brazo.
- Dosisifique y varíe la intensidad de la presión de la cinta individualmente de acuerdo a sus necesidades.

#### INDICACIONES IMPORTANTES

Este producto está destinado a un uso único por el paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto arriba citado está destinado eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

Los posibles riesgos para la salud o cualquier daño en determinados tratamientos que pudieran producirse en relación con el uso de este producto deben ser consultados con el médico del tratamiento.

A fin de que este producto tenga una larga vida y funcionalidad, no debe ponerse en contacto con materias grasas y ácidas, pomadas o lociones.

#### SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Todos los productos SPORLASTIC GmbH se someten a la inspección de productos dentro de nuestro sistema de control de calidad.

Si, no obstante, tuviera alguna queja que formular acerca de nuestro producto, le rogamos se ponga en contacto con su comercio especializado o directamente con nosotros.

#### CUIDADO

Recomendamos lavar EPIDYN® y EPIDYN AKTIV® cuidadosamente en agua tibia con detergente en frío y secarlo al aire (no la coloque sobre el radiador).

**SUGERENCIA:** si el entramado morfológico pierde su capacidad de ejercer compresión, ésta se recupera al hacerse el lavado. Por este motivo recomendamos lavar frecuentemente la vendaje.

#### COMPOSICION DEL MATERIAL

67% poliamida, 33% lycra

Vostro medico di fiducia oppure il Vostro rivenditore specializzato più vicino o direttamente il nostro servizio di consulenza.

#### FUNZIONE

EPIDYN® ed EPIDYN AKTIV® servono per alleviare e comprimere l'articolazione del gomito. Il cuscinetto del cinto integrato con tacche ad effetto d'attrito sulla pelle provoca un favorevole influsso su tendopatie d'insersione dolorose, irritazioni capsulari e epicondilopatia, che si manifestano molto spesso in malattie di artrosi. La migliore vascolarizzazione accelera i processi d'assorbimento di ematomi. La fascia circolare di EPIDYN AKTIV® rafforza l'azione locale antistretto del tessuto del tendine modificato dall'infiammazione sull'epicondilo accelerando il processo di guarigione.

#### INDICACIONES

- Epicondilite
- Tendomiotropia
- Artrosi nell'articolazione del gomito
- Insufficienze dei legamenti
- Epicondilopatia concomitante in malattie di artrosi
- Distorsioni al gomito
- Condizioni di irritazione dopo operazioni, fratture ed ematomi reumatici al gomito

#### CONTRAINDICACIONES

In linea di massima l'indicazione e la modalità di indossare un mezzo ausiliare ortopedico nonché nella presenza di successivi stati patologici dovrebbe essere sempre cordata e prescritta da un medico di fiducia:

- Cambiamenti cutanei dovuti ad allergie, infiammazioni oppure lesio ni (per esempio tumefazione, arrossamento) delle parti molli.
- Disfunzioni neurogeni condizionate degli organi sensoriali e trofica cutanea nella regione corporea da curare (disfunzioni sensoriali con o senza danni cutanei).
- Finora non sono diventate note alcune complicazioni in seguito a conseguenti situazioni di incompatibilità o reazioni allergiche.

#### EFFETTI COLLATERALI

In un'applicazione ed impiego appropriati non sono diventati finora noti alcuni effetti collaterali rilevanti in generale. Le pressioni locali appariscenti e la circolazione sanguigna pregiudicata possono essere evitati sufficientemente con sicurezza nella considerazione di eventuali controindicazioni ed in un'applicazione non troppo stretta, accoppiata ed individualmente adattata.

#### APPLICAZIONE

- EPIDYN® e EPIDYN AKTIV® si possono portare sia a destra che a sinistra.
- In EPIDYN AKTIV® si apre la fascia circolare.
- Applicare la benda sul proprio gomito. La striscia di colore arancione deve appoggiarsi sul braccio superiore, la cucitura invece sul lato esterno del gomito.
- Posizionare le cavità anulari degli inserti in profilo di silicone in modo da appoggiarle sulle due sporgenze laterali dell'articolazione (epicondilo laterale e mediale).
- In EPIDYN AKTIV® si deve fissare la fascia circolare sotto il gomito. Inserire la fascia prima dall'interno sopra la parte superiore del braccio.
- Dosare e variare l'intensità della pressione della fascia in modo personalizzato in base alle proprie esigenze.

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il prodotto è stabilito esclusivamente per la cura di un paziente.

Le modifiche non appropriate del prodotto e/oppure un impiego non conforme allo scopo previsto del prodotto menzionato comportano l'esclusione di tutti i diritti di garanzia concessi dal produttore.

I possibili rischi reciproci per la salute o altri inconvenienti in determinati trattamenti, che possono risultare in relazione all'impiego del prodotto, devono essere richiesti al medico di fiducia.

Affinché il prodotto possa offrire una lunga durata e funzione, è necessario evitare di farlo venire in contatto con grassi e mezzi contenenti acidi, pomate oppure lozioni.

#### SISTEMA DI COORDINAMENTO DELLA QUALITÀ

Tutti i prodotti della ditta SPORLASTIC GmbH sono soggetti a severi controlli periodici nell'ambito del nostro sistema di coordinamento della qualità.

Se nonostante ciò vi fosse ragione di eventuali contestazioni o reclami del nostro prodotto. Vi preghiamo di contattare il Vostro rivenditore specializzato o direttamente il nostro servizio di assistenza e consultazione.

Nel caso di eventuali domande non esitate a consultare il

#### CURA

Consigliamo di lavare delicatamente EPIDYN® e EPIDYN AKTIV® in acqua tiepida con un detergente per il lavaggio a freddo. Asciugare all'aria (non metterlo su termosifoni).

**CONSIGLIO:** la minore tensione del tessuto elasticizzato dovuta all'uso viene ripristinata con il lavaggio. Consigliamo pertanto di lavare l'indumento con una certa frequenza.

#### COMPOSIZIONE DEL MATERIALE

67% poliamide, 33% lycra

## GEBRUIKSAANWIJZING NL

Geachte cliënte, geachte cliënt,

Wij vragen u, de bijgevoegde gebruiksaanwijzing nauwkeurig in acht te nemen.

Believe bij optredende vragen de behandelende arts, uw dichtstbijzijnde vakhandelaar of ons direct te willen contacteren.

#### FUNCTIE

EPIDYN® en EPIDYN AKTIV® zijn bedoeld voor het ontlasten en comprimeren van het ellebooggewricht. De ingewerkte frictiepelotet met het naar de huid toe genoppeerde oppervlak veroorzaakt een gunstige beïnvloeding van de pijnlijke insertiedempedien, kapselirritaties en epicondylopathie, die bij artrose vaak voorkomen. De verbeterde doorbloeding versnelt de resorpctie van uitstortingen. De circulaire band van EPIDYN AKTIV® versterkt de lokale trekontlasting van het door een ontsteking veranderde peesweefsel van de epicondylus en versnelt het genezingsproces.

#### INDICATIES

- Epicondylitis
- Tendomyopathie
- Ellebooggewrichtsartrose
- Bandinsufficienties
- Begeleidende epicondylopathie bij artrose
- Elleboogdistorsie
- Irritatioetstanden na operaties, breuken, reumatische ellebooguitstortingen

#### CONTRA-INDICATIES

Principeel dient blyk indicatie en draagmodus van een orthopedisch hulpmiddel over het algemeen alsook bij aanwezige navolgende ziekhtetoestanden in het bijzonder een consultatie van de behandelende arts te gebeuren:

- Allergische, of door ontsteking veroorzaakte huidveranderingen (bijv. zwellingen, het rood worden van de huid) van de te verzorgen lichaamsdelen.

- Circulatiebelemmeringen of lymfatische zwellingen van weke delen.

- Neurogene veroorzaakte sensorische en belangrijke trofische storingen in de te verzorgen lichaamsdelen (gevoelsstoringen met en zonder schade aan de huid).

Tot nu toe zijn geen onverdraagzaamheden of allergische reacties bekend.

#### ONGEWENSTE EFFECTEN

Bij deskundige toepassing en correct aanleggen zijn tot nu toe geen ernstige algemene ongewenste effecten bekend. Lokale drukverschijnselen en circulatiebelemmeringen kunnen rekening houden met eventuele contraindicaties en bij niet in de bewegingsvrijheid beperkende, in vorm nauw aansluitende positie op het lichaam individueel met voldoende zekerheid worden vermeden.

#### AANBRENGEN

- EPIDYN® en EPIDYN AKTIV® kunnen zowel links als rechts worden gedragen.

- Bij EPIDYN AKTIV® open u de circulaire band.

- Trek de bandage over uw elleboog. De oranje kleurige streep moet tegen de bovenarm liggen, de naad aan de buitenkant van de elleboog.

- Breng de ringvormige uitsparingen van de silicone profilelementen zo aan, dat ze over de beide gewrichtsknobbels aan de zijkant (epicondylus lateralis en medialis) komen te liggen.

- Bij EPIDYN AKTIV® moet u de band circulair onder de elleboog fixeren. Voer de band daarbij eerst van binnen over de bovenkant van de arm.

- Doe er en varieer de drukintensiteit van de band al naar gelang uw eigen wensen.

#### BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Het product is slechts voor de verzorging van één patiënt bestemd.

Ondeskundige veranderingen aan het product en/of ondoelmatiggebruik van het hierboven vermelde product sluiten de productaan-sprakelijkheid van de producent uit.

Mogelijke wederzijdse risico's voor de gezondheid of andere nadelen bij bepaalde behandelingen, die in verband met het gebruik van het product kunnen ontstaan, dienen te worden besproken met de behandelende arts.

Opdat het product een lange levensduur en functie biedt, mag het niet worden gedragen in verbinding met vet- en zuurhoudende middelen, zalfen of lotions.

#### KWALITEITSMANAGEMENT-SYSTEEM

Alle producten van de SPORLASTIC GmbH zijn onderhevig aan de productcontrole van ons kwaliteitsmanagement-systeem.

Indien u desondanks reclamates over ons product zou hebben, vragen wij u uw vakhandelaar of ons direct te willen contacteren.

#### ONDERHOUD

Wij bevelen aan, de EPIDYN® en EPIDYN AKTIV® behoedzaam in handwarm water met een wasmiddel voor fijne was te wassen en aan de lucht te laten drogen (niet op radiatoren van de centrale verwarming leggen).

**TIP:** wasen herstelt een voor de draagduur aanhoudende spanning van het breiwerk. Wij raden daarom aan, de bandage regelmatig te wassen.

#### MATERIAALSAMENSTELLING

67% polyamide, 33% lycra

można skutecznie i pewnie unikać uwzględniając ewentualnie istniejące przeciwwskazania i unikając zbyt ciasnego, przylegającego do ciała zakładania.

#### ZAKŁADANIE

- EPIDYN® i EPIDYN AKTIV® można stosować na lewe i na prawe ramię.

- W przypadku EPIDYN AKTIV® rozpięć okrągłą opaskę.

- Przełożyć opaskę przez łokieć. Pomarańczowe paski muszą znajdować się na ramieniu, szew po zewnętrznej stronie łokcia.

- Ustawić opaskę tak, by okrągłe otwory wyprofilowanej zakładki silikonowej znajdowały się odpowidnio na nadkłyku bocznym i przyśrodkowym.

- W przypadku EPIDYN AKTIV® zamocować opaskę okrągłą pod łokciem. Przełożyć przy tym opaskę najpierw od wewnętrznej przez górną stronę ramienia.

- Się ucisku opaski należy dostosować do indywidualnych potrzeb.

#### WAZNE WSKAZÓWKI

Produkt jest przeznaczony do użytkowania tylko przez jednego pacjenta.

Wprowadzenie niefachowych zmian w przedstawionym powyżej produkcie i/lub jego niezgodne z przeznaczeniem stosowanie zwalnia producenta ze spoczynającej na nim odpowiedzialności cywilnej.

Ewentualnie możliwe zdrowotne ryzyko lub inne negatywne zjawiska podczas określonego leczenia, jakie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem produktu, należy omówić z prowadzącym lekarzem.

Aby produkt był trwały i spełniał swoją funkcję, nie może być noszony w połączeniu ze śródmiastami, maściami i płynami zawierającymi tłuszcze i kwasy.

#### SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCI

Wszystkie wyroby SPORLASTIC GmbH podlegają kontroli w ramach naszego systemu zarządzania jakością.

Jeżeli pomimo tego będzie miał uwagi do naszego produktu, prosimy o kontakt z fachowym punktem sprzedaży lub też bezpośrednio z nami.

#### PIELEGNACJA

Zalecamy pranie opaski EPIDYN® i EPIDYN AKTIV® w lekkie ciepłe wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego i suszenie na powietrzu (nie suszyć na kaloryferze).

**WSKAZÓWKA:** W trakcie noszenia naprężenie dzianiny maleje i powraca po praniu. Dlatego zalecamy częstsze pranie opaski.

#### MATERIAL

67% poliamid, 33% elastan

