INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aparat szynowo-opaskowy na goleń i udo

Kod produktu: TGO-V AP SK-O 510

1. Wykonanie

Aparat szynowo-opaskowy składa się z dwóch aluminiowych szyn, zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz czterech pasów obwodowych regulowanych przy pomocy systemu klamer i rzepów. Szyny posiadają regulację długości w zakresie 47 – 69 cm. Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulację kątową w zakresach: zgięcie 0°-120°, wyprost 0°-90° oraz funkcję szybkiego blokowania 0°, 15°, 30°.

2. Zastosowanie

Aparat szynowo-opaskowy należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie i dla poprawy czynności funkcjonalnych. Aparat stabilizuje staw kolanowy, prowadzi ruch zgięcia i wyprostu, ograniczając ruchy boczne w niestabilnym stawie.

Aparat można stosować w przypadku: niestabilności stawu kolanowego, choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, unieruchomienia po urazach, skręceń i zwichnięć stawu kolanowego, uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL, po zabiegach operacyjnych, m. in. rekonstrukcji więzadeł kolana.
Uwaga! Wyrób należy stosować ściśle według zaleceń lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

3. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku: otarcia naskórka, egzem skórnych, ran oraz innych uszkodzeń skóry, po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających.

Uwaga! W przypadku żylakowatości podudzi stosowanie aparatu jest ograniczone. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia czy wyrób może zostać użyty w przypadku stosowania podkolanówek lub pończoch przeciw-żylakowych.

4. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Sposób zakładania (w pozycji z nogą lekko zgiętą w stawie kolanowym)

- W pierwszej kolejności należy wyregulować długość szyn, część udową i goleniową przesuwając klin blokujący (unlock – odblokowanie, lock – zablokowanie). Długość aparatu powinna odpowiadać długości kończyny, a zegar powinien być umiejscowiony po stronie przyśrodkowej i bocznej stawu kolanowego.
- Aparat należy założyć poprzez odpięcie a następnie zapięcie klamer blokujących, które znajdują się w części bocznej aparatu, następnie należy wyregulować długość pasów obwodowych zapinając końcówkę na rzep.
- Jeżeli pasy obwodowe są zbyt długie należy przy pomocy nożyczek przyciąć końce pasów na odpowiednią długość i zamontować rzepy tak, aby naciągając pas można było go swobodnie przypiąć do aparatu.
- W pozycji stojącej należy sprawdzić poprawność zamocowanych pasów oraz odpowiednie umiejscowienie szyn i zegara.
- Stopień zgięcia lub wyprostu należy ustawiać przy pomocy zegara i klipsów blokujących.
- Funkcja szybkiego blokowania regulowana jest poprzez odblokowanie i zablokowanie żółtego klipsa lock-unlock.

- Aby ustawić kąt zgięcia, należy wybrać żądaną wartość:
  - Wyprost/Extension: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
  - Zgięcie/Flexion : 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
  - Funkcja szybkiego blokowania: 0°, 15°, 30°

6. Konserwacja

- Wewnętrzną wyściółkę można prać ręcznie lub mechanicznie w temp. do 30° C, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Należy pamiętać, żeby w praniu rzepy były zabezpieczone, aby nie zniszczyły materiału.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Szyny boczne należy czyścić lekko nasączoną gąbką z mydłem.
- Po każdorazowym czyszczeniu należy przetrzeć szyny do sucha.

Uwaga! Należy pamiętać, że brak higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia lub inne uszkodzenia, a także dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii		Data produkcji

SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
⚠	Uwaga	📖	Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021